



Date d'intervention : 11-04-2025

EXTERIEUR



INTERIEUR



ACCES SUR RDV



SITE D'INTERVENTION

Nom : Mainie

Emplacement : FAÇADE (ESCALIER ENTRÉE)

Adresse :

Ville - Dép. : BISCHOFFSHEIM 67

Contact : M. BRENNER (TECHNIQUE)

Tél/mail : 0631748566

Contact administratif - financier

Nom : MAINIE

Adresse : 01, rue des Écoles

Ville - CP. : BISCHOFFSHEIM

67870

Contact :

Tél/mail :

CONFORMITÉ :

OUI (O) / NON (N)

DAE

O

ARMOIRE/SUPPORT

O

SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI

O

Date de fabrication DAE

2022

NUMÉRO DE SÉRIE DU DAE

61U30T496

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

36998

POINTS DE CONTRÔLE

OK (X)

Etat général de l'appareil

X

Intégrité du sceau d'immunité

X

Marquage réglementaire

X

Poignée / état des touches

X

Visibilité aides graphiques

X

Témoins : O - pile - Électrodes

X

OK (X)

Etat des électrodes adultes

X

Date de péremption :

04-2027

Date de péremption (secours)

/

Etat des électrodes enfants

/

Date de péremption :

/

Piles

OK (X)

Etat

X

Niveau

X

Autotest à l'insertion

X

N° série

60311408D

Date d'installation

01-2023

Date limite de remplacement

08-2027

ETAT DES ACCESSOIRES

OK

PAS OK

Armoire

X

Coordonnées CP / facing

X

Alarme armoire

X

Chauffage armoire

X

Lumières armoire

X

Support

/

Sacoche

X

Signalétique / Affiche A3

X

Trousse de secours réglementaire

X

Branchement des électrodes

OK (X)

X

Guides vocaux

X

Sans délivrance de choc

X

Délivrance d'un choc

X

Valeur d'énergie en joules adultes

150

Valeur d'énergie en joules enfants

51

OUI

NON

Remplacement électrodes adultes

X

Motif:

☐ absentes

Électrodes de secours

☐ ouvertes

☒ périmées au 07-2025

OUI

NON

Remplacement électrodes enfants

☐ absentes

Motif:

☐ ouvertes

☐ périmées au

OUI

NON

Remplacement pile

☐ péremption proche

Motif:

☐ autre :

COMMENTAIRES

Nom du technicien :

Cédric SPORER

Signature :

Signature + cachet client si présent :



Date d'intervention : 11-04-2025

EXTERIEUR



INTERIEUR



ACCES SUR RDV



SITE D'INTERVENTION

Nom : LECLE ST GERARD
Emplacement : FACADE ENTREE
Adresse : 05, rue du CASTEL
Ville - Dép. : BISCHOFFSHEIM 67
Contact : M. BAENNER (TECHNIQUE)
Tél/mail : 0631748566

Contact administratif - financier

Nom : MAIRIE
Adresse : 01, rue des Ecoles
Ville - CP. : BISCHOFFSHEIM 67870
Contact :
Tél/mail :

CONFORMITE :

OUI (O) / NON (N)

OK (X)

DAE

ARMOIRE/SUPPORT

SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI

Date de fabrication DAE

NUMÉRO DE SÉRIE DU DAE

O
O
O
2022
610307477

Branchement des électrodes

Guides vocaux

Sans délivrance de choc

Délivrance d'un choc

Valeur d'énergie en joules adultes

Valeur d'énergie en joules enfants

X
X
X
X
149
50

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

36998

POINTS DE CONTRÔLE

OK (X)

Etat général de l'appareil

Intégrité du sceau d'immunité

Marquage réglementaire

Poignée / état des touches

Visibilité aides graphiques

Témoins : O - pile - Électrodes

X
X
X
X
X
X

OK (X)

Etat des électrodes adultes

Date de péremption :

Date de péremption (secours)

X
06-2027
/

Etat des électrodes enfants

Date de péremption :

/

Piles

OK (X)

Etat

Niveau

Autotest à l'insertion

N° série

Date d'installation

Date limite de remplacement

X
X
X
603114287
01-2023
08-2027

ETAT DES ACCESSOIRES

OK

PAS OK

Armoire

Coordonnées CP / facing

Alarme armoire

Chauffage armoire

Lumières armoire

Support

Sacoche

Signalétique / Affiche A3

Trousse de secours réglementaire

X
X
X
X
X
X
X
X

Remplacement électrodes adultes

Motif:

Électrodes de secours

OUI NON
X

☐ absentes

☐ ouvertes

X périmées au 07-2025

Remplacement électrodes enfants

Motif:

OUI NON

☐ absentes

☐ ouvertes

☐ périmées au

Remplacement pile

Motif:

OUI NON
X

☐ péremption proche

☐ autre :

COMMENTAIRES

Nom du technicien :

Cédric SPORER

Signature :

Signature + cachet client si présent :



Date d'intervention : 11-04-2025

EXTERIEUR



INTERIEUR



ACCES SUR RDV



SITE D'INTERVENTION

Nom : ESPACE SPORTIF
Emplacement : FAÇADE ENTREE

Adresse : RUE DU STADE

Ville - Dép. :

Contact : M. BRENNER (TECHNIQUE)

Tél/mail : 0631748566

CONFORMITÉ :

OUI (O) / NON (N)

DAE

ARMOIRE/SUPPORT

SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI

Date de fabrication DAE

NUMÉRO DE SÉRIE DU DAE

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

36998

POINTS DE CONTRÔLE

OK (X)

Etat général de l'appareil

Intégrité du sceau d'immunité

Marquage réglementaire

Poignée / état des touches

Visibilité aides graphiques

Témoins : O - pile - Électrodes

OK (X)

Etat des électrodes adultes

Date de péremption :

Date de péremption (secours)

Etat des électrodes enfants

Date de péremption :

Piles

OK (X)

Etat

Niveau

Autotest à l'insertion

N° série

Date d'installation

Date limite de remplacement

ETAT DES ACCESSOIRES

OK

PAS OK

Armoire

Coordonnées CP / facing

Alarme armoire

Chauffage armoire

Lumières armoire

Support

Sacoche

Signalétique / Affiche A3

Trousse de secours réglementaire

Contact administratif - financier

Nom : MAIRIE

Adresse : 01, RUE DES ECOLES

Ville - CP : BISCHOFFSHEIM 67870

Contact :

Tél/mail :

OK (X)

Branchement des électrodes

Guides vocaux

Sans délivrance de choc

Délivrance d'un choc

Valeur d'énergie en joules adultes

Valeur d'énergie en joules enfants

OUI

NON

Remplacement électrodes adultes

Motif:

Électrodes de secours

☐ absentes

☐ ouvertes

☒ périmées au 08-2025

OUI

NON

Remplacement électrodes enfants

Motif:

☐ absentes

☐ ouvertes

☐ périmées au

OUI

NON

Remplacement pile

Motif:

☐ péremption proche

☐ autre :

COMMENTAIRES

Nom du technicien :

Cédric SPORER

Signature :

Signature + cachet client si présent :



Date d'intervention :

11-07-2024

EXTERIEUR

☐

INTERIEUR

☒

ACCES SUR RDV

☐

SITE D'INTERVENTION

Nom : CLUB HOUSE
Emplacement : MAIRIE DE BON
(N° 25202)
Adresse : RUE DU STADE
Ville - Dép. : BISCHOFFSHEIM 67
Contact : M. BRENNER (TECHNIQUE)
Tél/mail : 0631748566

Contact administratif - financier

Nom : MAIRIE
Adresse : 01, RUE DES ECLAIRES
Ville - CP. : BISCHOFFSHEIM 67870
Contact :
Tél/mail :

CONFORMITÉ :

OUI (O) / NON (N)

DAE
ARMOIRE/SUPPORT
SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI
Date de fabrication DAE
N° série du DAE

O
/
O
2015
PAN45ko313

OK (X)

Branchement des électrodes
Guides vocaux
Sans délivrance de choc
Délivrance d'un choc
Valeur d'énergie en joules

X
X
X
X
198

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

36998

POINTS DE CONTRÔLE

OK (X)

Mise en marche
Etat général de l'appareil
Intégrité du sceau d'immunité
Marquage réglementaire
Poignée
Visibilité aides graphiques
Etat des touches

X
X
X
X
X
X
X

Etat des électrodes adultes
Date de péremption :
Date de péremption (secours)

X
11-2027
/

Etat des électrodes enfants
Date de péremption :

X
08-2027

Remplacement électrodes adultes

Motif:

Électrodes de secours

☐

OUI NON
X

☐ absentes
☐ ouvertes
☐ périmées au

Remplacement électrodes enfants

Motif:

OUI NON
X

☐ absentes
☐ ouvertes
☒ périmées au 04-2025

Remplacement pile

Motif:

OUI NON
X

☐ péremption proche
☐ autre :

Piles

OK (X)

Etat
Niveau
Autotest à l'insertion
N° série
Date d'installation
Date limite de remplacement

X
X
X
PU09093011
10-2022
10-2027

ETAT DES ACCESSOIRES

OK

PAS OK

Armoire
Coordonnées CP / facing
Alarme armoire
Chauffage armoire
Lumières armoire
Support
Sacoche
Signalétique / Affiche A3
Trousse de secours réglementaire

/
X
/
/
/
X
X
/
X

COMMENTAIRES

- ABSENCE ARMOIRE

Nom du technicien :

Cédric SPORER

Signature :

Signature + cachet client si présent :



Date d'intervention :

11-04-2025

EXTERIEUR ☐

INTERIEUR ☒

ACCES SUR RDV ☐

SITE D'INTERVENTION

Nom : ESPACE SPORTIF
Emplacement : COULAIN ACCÈS
BUNEX
Adresse : RUE DU STADE
Ville - Dép. : BISCHOFFSHEIM 67
Contact : M BRENNER (TECHNIQUE)
Tél/mail : 0631748566

Contact administratif - financier

Nom : MAIRIE
Adresse : 01, RUE DES ÉCOLES
Ville - CP : BISCHOFFSHEIM 67270
Contact :
Tél/mail :

CONFORMITÉ :

OUI (O) / NON (N)

DAE

O

ARMOIRE/SUPPORT

O

SCÉLLÉ + ÉTIQUETTE SUIVI

O

Date de fabrication DAE

2010

N° série du DAE

P1141F0836

TESTS

Réalisé avec simulateur N°

36998

POINTS DE CONTRÔLE

OK (X)

Mise en marche
Etat général de l'appareil
Intégrité du sceau d'immunité
Marquage réglementaire
Poignée
Visibilité aides graphiques
Etat des touches

X

X

X

X

X

X

X

Etat des électrodes adultes
Date de péremption :
Date de péremption (secours)

X

11-2027

-

Etat des électrodes enfants
Date de péremption :

X

10-2025

Piles

OK (X)

Etat
Niveau
Autotest à l'insertion
N° série
Date d'installation
Date limite de remplacement

X

X

X

PV0201767

10-2022

10-2027

ETAT DES ACCESSOIRES

OK

PAS OK

Armoire
Coordonnées CP / facing
Alarme armoire
Chauffage armoire
Lumières armoire
Support
Sacoche
Signalétique / Affiche A3
Trousse de secours réglementaire

X

X

X

/

/

/

/

/

X

X

Branchement des électrodes

OK (X)

X

Guides vocaux

X

Sans délivrance de choc

X

Délivrance d'un choc

X

Valeur d'énergie en joules

203

Remplacement électrodes adultes

OUI

NON

Motif:

☐ absentes

Électrodes de secours ☐

☐ ouvertes

☐ périmées au

Remplacement électrodes enfants

OUI

NON

Motif:

☐ absentes

☐ ouvertes

☐ périmées au

Remplacement pile

OUI

NON

Motif:

☐ péremption proche

☐ autre :

COMMENTAIRES

- Dispositif Trop HAUT.

Nom du technicien :

Cédric SPORER

Signature :

Signature + cachet client si présent :